

T.C.
TOKAT VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

SAYI :14633965-934

9.10.2023

KONU : Teklif Vermeye Davet

Müdürlüğümüz Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı yazılı bulunan Malzeme mallar / hizmetler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22/d maddesi gereğince Doğrudan Temin usulüyle satın alınacaktır. İlgilenmeniz halinde KDV Hariç teklifinizin elden veya 0356 214 40 27 nolu faxımıza veya satinalmatokat@gmail.com adresine bildirilmesini rica ederim.

Müdürlüğümüz Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Biriminin ihtiyacı olan aşağıda cinsi, miktarı yazılı bulunan Malzeme Alımı						
Satın Alınacak Malın / Hizmetlerin				Teklif Edilen KDV Hariç		
S.NO	Malın / Hizmetin Cinsi	Özellikleri	Miktarı (Adet)	Birim	Birim fiyatı(TL)	Toplam Fiyatı(TL)
1	Çocuk İleri Yaşam Desteği Eğitim Mankeni		2	Adet		
2	Travma Şimülatörlü Eğitim Mankeni		2	Adet		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
KDV Hariç Teklif Edilen Toplam Fiyat (TL) :						
DİĞER ŞARTLAR						
1- TESLİM SÜRESİ						
2- TESLİM EDİLECEK PARTİ MİKTARI						
3- NAKLİYE VE SİGORTANIN KİME AIT OLDUĞU		Satıcıya Aittir				
4- DİĞER ÖZEL ŞARTLAR						
5- UYULMASI GEREKEN STANDARTLAR						
6- TEKNİK ŞARTNAME						
7- DİĞER HUSUSLAR						

Yukarıda belirtilen ve İdarenizce satın alınacak olan malların / hizmetlerin cinsi , özellikleri miktarı ve diğer şartlarını okudum.

K D V hariç toplam TL bedelle vermeyi kabul ve taahhüt ediyorum.

Teklif Eden
...../10/2023
Adı, Soyadı
Ticaret Ünvanı--İmza--Mühür

ÇOCUK İLERİ YAŞAM DESTEĞİ EĞİTİM MANKENİ ŞARTNAMESİ (1.KALEM)

1. 5 yaş çocuk anatomisine uygun olmalıdır. Yüz, göğüs kısmı, kollar ve sol bacak gerçekçi deri hissi veren yumuşak malzemeden yapılmış olmalıdır.
2. Sağ ve sol koldan, elin dorsal yüzeyinden IV girişimler yapılabilmelidir.
3. Sol bacadan intraosseoz girişim yapılabilmelidir.
4. Gözler göz çukurunda gerçekçi biçimde açılıp kapanabilmelidir. İstenildiği zaman manken ile birlikte verilen etiketler ile göz bebeği büyütülüp küçültülebilmelidir.
5. Manken üzerinde 4 adet EKG noktası ve 2 adet elektriksel tedavilerin uygulanabileceği güvenli metal noktalar yerleştirilmiş olmalıdır.
6. EKG için ritim simülatörü kutusu verilmelidir. EKG ritim simülatörü kutusu kablosuz şekilde mankene bağlanabilmelidir. EKG ritim simülatör kutusu üzerinde birbirinden farklı toplam 20 ritim bulunmalıdır.
7. Elektriksel tedavilerden Defibrilasyon ve kardioversiyon işlemi yapılabilmeli ve manken bu şoka karşı dayanıklı olmalıdır.
8. Kalp masajına karşı gerçekçi bir şekilde uygun göğüs yapısına sahip olmalı ve gerçekçi değerlerde kalp masajı yapılabilmelidir.
9. Suni solunum uygulaması yapılabilmelidir. Suni solunum sırasında belirgin bir şekilde göğüsün şiştiği görülebilmelidir.
10. İM uygulamalar için bir uyluk ve bir omuz üzerinde enjeksiyonlar için uygun bölge olmalıdır.
11. Suni solunum esnasında verilen havanın geri gelmesini engelleyen valf sistemi bulunmalıdır.
12. Entübasyon özelliği bulunmalıdır. Ses telleri belirgin bir şekilde görülmelidir.
13. Mankende kablosuz mikrofon ile dışardan seslendirme özelliği bulunmalıdır. Kablosuz mikrofon en az 25 metreden kullanılabilmelidir. Kablosuz mikrofondan iletilen sesler mankenden duyulmalıdır. Ses kalitesi net ve anlaşılır olmalıdır.
14. Teklif veren firmalar TSE kurumundan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı, teklifle beraber verilmelidir.
15. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (iki) yıl ücretsiz garantili olmalı, 10 (On) Yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.
16. Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır. Bu belgede yer alacak cevapların da orijinal dökümanlardaki bilgilerle aynı olmalı, farklılık olduğu takdirde teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

20/10/2022
SERCER

Ayla OKAN
ATTI

İlknur TOĞUŞLU
Paramedik
İlk Yardım Eğitmeni

Modelle Birlikte Verilmesi Gerekenler:

- a) 5 adet Tibia
- b) 1 adet Kemik içi girişimin yapıldığı sağ bacak için yedek bacak derisi
- c) 1 adet Yedek sol kol derisi
- d) 1 adet Yedek damar seti
- e) 1 adet Yapay kan tozu
- f) 1 adet Talk pudrası
- g) 1000 Göz bebeği için etiket
- h) 1 adet Sert taşıma çantası
- i) 2 adet Temizleme spreyi
- j) 1 adet Kullanım kılavuzu olmalıdır.

Zeliha ŞEKER

Ayla OKAN
ATT

Ilknur TOĞUŞLU
Paramedik
İlk Yardım Eğitmeni

TRAVMA SİMÜLATÖRLÜ EĞİTİM MANKENİ ŞARTNAMESİ(2.KALEM)

1. Yıkama, dezenfeksiyon, hemostaz ve sarma gibi işlemler uygulanabilmelidir.
2. Açık kırık ve kesik travmaları mevcut olmalıdır.
3. Yüz bölgesinde 1., 2. ve 3. dereceden yanıklar mevcut olmalıdır.
4. Ön bölgede, yırtılma yaralanmaları mevcut olmalıdır.
5. Çene yaralanması mevcut olmalıdır.
6. Açık klavikula kırığı ve göğüste ezilme mevcut olmalıdır.
7. Karın bölgesinde yaralanma, (bağırsağın bir parçası dışarıda) mevcut olmalıdır.
8. Omuz bölgesinde açık kırık mevcut olmalıdır.
9. Elde açık kırık mevcut olmalıdır.
10. Elde silahlı yaralanma mevcut olmalıdır.
11. Femurda açık kırık ve birleşik(compound) kırık mevcut olmalıdır.
12. Sağ uylukta bıçaklı yaralanma mevcut olmalıdır.
13. Tibia'da açık kırık mevcut olmalıdır.
14. Sağ ayakta açık kırık ve küçük parmakta kesik yaralanması mevcut olmalıdır.
15. Sol önkolda 1., 2. ve 3. dereceden yanıklar mevcut olmalıdır.
16. Uylukta bıçakla yaralanma mevcut olmalıdır.
17. Sol tarafta kapalı tibial kırık ve ayakta ve bilek kemiğinde ezilme mevcut olmalıdır.
18. Bacakta amputé görüntüsü olmalı gerektiğinde sağlam bir bacakla değiştirilebilmelidir.

Maketle Birlikte:

- a. 1 adet Yanık yüz maskesi
- b. 1 adet Karın duvarı (bağırsak dışarda)

Deliha SEVER

Ayla OKAN
ATT


İlknur TOĞUŞLU
İlknur TOĞUŞLU
Paramedik
İlk Yardım Eğitmeni

- c. 1 adet Yanık kol
- d. 1 adet Travma el derisi
- e. 2 adet Travma yüz maskesi
- f. 2 adet Travma deltoid ped
- g. 1 adet Travma bacak
- h. 2 adet Travma bacak derisi
- ı. 1 adet Travma ayak
- i. 1 adet Travma kol
- j. 1 adet Travma göğüs derisi
- k. 2 adet Temizleme spreyi
- l. 1 adet Türkçe kullanım kılavuzu

19. Teklif veren firmalar TSE kurumundan Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip olmalı, teklifle beraber verilmelidir.

20. Cihaz her türlü fabrikasyon ve montaj hatalarına karşı 2 (İki) yıl ücretsiz garantili olmalı, 10 (On) Yıl süreyle de ücreti mukabilinde yedek parça ve teknik servis hizmet garantisi bulunmalıdır.

21. Tekliflerin değerlendirilmesi açısından bu şartnamenin maddelerine sırasıyla cevap veren "Teknik Şartnameye Uygunluk Belgesi" mutlaka hazırlanacaktır, Bu belgede yer alacak cevapların da orjinal dökümanlardaki bilgilerle aynı olmalı, farklılık olduğu takdirde teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.


Zeliha SEKER

Ayla OKAN

ATT.




İlknur TOĞUSLU
Paramedik
İlk Yardım Eğitmeni